KAWASUMI

確実な混和と
正確な採血に加え、
使いやすい機能が充実

NEW

マグネット式の載せ皿

マグネットで固定された載せ皿は工具を使わずに取り外しができ、載せ皿の下に物が落ちた時も簡単に拾えます。

NEW

タッチパネル方式



スタンバイ画面

バッグ容量、バッグタイプを選択でき、任意で採血後の揺動を追加できます。

設定画面

採血量、風袋量の変更、風袋処理方法の選択ができます。バッグタイプごとに風袋量の設定も可能です。



点検画面

重量、真空、揺動、クランプの点検ができます。重量校正も可能です。

採血中の画面

採血流量によって背景色が変わります。
良好な場合…緑
少し滞っている場合…黄
滞っている場合…赤

ドナーメイト®

KL-103 血液バック用陰圧型採血器

ドナーメイト®

KL-103 血液バック用陰圧型採血器





特 長

- **タッチパネル方式の採用**
  操作性が向上し、設定や点検も容易に行えます。
- **タッチトラブルの回避**
  誤ってタッチパネルを操作しないような機能を備えています。
- **マグネット式の載せ皿**
  マグネットで固定された載せ皿は工具を使わずに取り外しができ、載せ皿の下に物が落ちた時も簡単に拾えます。
- **採血性能と揺動方法、吸引コントロール**
  採血性能・揺動方法は信頼性の高い従来の方式を踏襲。横・縦方向の3次元揺動で確実な混和を行います。
  吸引コントロールは、流量をモニタリングしながら圧力をかけたり大気解放したりする制御を繰り返します。
- **採血量（残量）の表示**
  採血量を示す加算、又は採血残量を示す減算の表示が選択できます。
  任意の採血量設定も可能です。

仕 様

型式	KL-103
使用血液バッグ	200mL又は400mL採血用の血液バッグ
採血精度	設定量の±6%以内
採血方法	容器内陰圧による吸引方式
吸引圧力	自動・強・弱・切に設定が可能 (-200mmHg (-27kPa)：初期設定時)
吸引圧表示	表示切り替えによる (採血残量から吸引圧へ)
揺動延長	採血終了後20秒
推奨バッグ	川澄化学工業㈱製

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100VA
使用条件	周囲温度:10～40℃ 相対湿度:30～85%（但し、結露なきこと）
電撃保護形式	クラスI B形
寸法	幅（突起部除く）190mm、 高さ259mm、奥行き345mm
重量	約8kg
付属品	電源コード（1本）／3P-2P変換アダプター（1個） ヒューズ（2A×2個）／取扱説明書、保証書

■EMC
JIS T0601-1-2:2012

■認証番号
225AABZX00093000

カラーバリエーション

ピンクをスタンダードとして、オプションで黄、緑、青、紫をご用意しております。
採血されるお部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。（オプション品:生産約3ヶ月、価格別）

⚠警告
当製品は医療機器であると同時に精密機器ですので、ご購入の際は必ず付属の取扱説明書をご覧になり、内容を十分理解された上で、ご使用ください。同書内容に従わなかった場合、重大な事故に結びつく可能性があります。

●本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

製造販売元

川澄化学工業株式会社

URL http://www.kawasumi.jp

本 社 東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟9階 TEL.(03)5769-2600(代)

札 幌 TEL.(011)271-9593
仙 台 TEL.(022)206-1317
北関東 TEL.(048)662-7571
東 京 TEL.(03)3763-1157
名古屋 TEL.(052)771-1011
大 阪 TEL.(06)7659-2154
岡 山 TEL.(086)246-1930
福 岡 TEL.(092)552-5271
熊 本 TEL.(096)370-1820

製造元

チヨダエレクトリック株式会社

本 社 長野県千曲市大字新田124番地

代理店

ドナーメイトは川澄化学工業㈱の登録商標です。

2014.11HP